

LARGO Sp. z o.o.
z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim

OFERTA

Oferent, którego dane wskazujemy poniżej:

<i>Dane Oferenta (firma)</i>	
<i>Adres</i>	
<i>NIP</i>	
<i>REGON</i>	
<i>Numer KRS</i>	
<i>Dane kontaktowe (mail, telefon)</i>	

składa niniejszym Ofertę

w Postępowaniu Przetargowym celem wyboru dostawcy w ramach zamówienia pn. *Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy w ramach programu wieloletniego pn.: „Narodowa Strategia Onkologiczna.*

Zgodnie z Specyfikacją Warunków Zamówienia Oferent oferuje wykonanie Umowy na następujących warunkach:

<i>Cena sprzedaży dwóch Mammografów– w zakresie wskazanym w pkt. IV.1 ust. 2 ppkt. 2.1. SWZ (w PLN)</i>	<i>Cena netto</i>	
	<i>Podatek Vat</i>	
	<i>Cena brutto</i>	
<i>Wynagrodzenie za wykonanie pozostałych świadczeń wymaganych SWZ oraz Umową - w zakresie opisanym w pkt. IV. 1 ust. 2 ppkt. 2.2. - 2.6 SWZ (w PLN)</i>	<i>Wynagrodzenie netto</i>	
	<i>Podatek Vat</i>	
	<i>Wynagrodzenie brutto</i>	
<i>Łączne wynagrodzenie (w PLN)</i>	<i>Wynagrodzenie netto</i>	
	<i>Podatek Vat</i>	
	<i>Wynagrodzenie brutto</i>	

Składając niniejszą Ofertę, Oferent akceptuje Specyfikację Warunków Zamówienia oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń do Umowy.

Oferta zawiera _____ ponumerowanych stron.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – DWA MAMMOGRAFY CYFROWE

Parametry techniczne

Parametry i funkcje – tabela parametrów granicznych

Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty, jako niezgodnej z SIWZ.

Wymogiem granicznym w kolumnie 3 jest również podana wartość, która określa wymagany dopuszczalny zakres danego parametru. Niespełnienie tego warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Wartości parametrów oceniane będą zgodnie z podanymi w kolumnie 5 wymaganiami/punktami.

Kolumna 4 jest przeznaczona na odpowiedzi Oferenta. Odpowiedź „NIE” w kolumnie 4 jest dopuszczona tylko wtedy, kiedy Zamawiający w kolumnie 3 zapisał wymaganą odpowiedź jako „TAK/NIE”.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji stanu faktycznego a Oferent zobowiązuje się na wniosek Zamawiającego przedstawić niezwłocznie stosowne dokumenty.

<i>Producent mammografu:, Rok produkcji</i>
<i>Oferowany model mammografu/ nazwa pełna/.....</i>

Lp.	Opis parametrów	Wartość wymagana (graniczna)	Wartości i parametry oferowane	Ocena punktowa
1	2	3	4	5
I Wymagania ogólne				
1	Aparaty cyfrowe, fabrycznie nowe, nieużywane, nierekondycjonowane (nie dopuszcza się mammografów	TAK		bez punktacji

Załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia
Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy w ramach programu
wieloletniego pn.: „Narodowa Strategia Onkologiczna”
LARGO Sp. z o.o.

	ucyfrowionych kasetami CR lub detektorami)			
2	Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy	TAK		bez punktacji
3	Aparaty spełniają wymagania Polskiego Prawa w szczególności o wyrobach medycznych oraz wymogi Ministra Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.	TAK		bez punktacji
4	Aparaty spełniają wymagania zawarte w European Guidelines oraz suplementu dotyczącego mammografii cyfrowej i tomosyntezy.	TAK		bez punktacji
5	Urządzenia będące przedmiotem zamówienia muszą spełniać wszystkie wytyczne w zakresie dopuszczenia do stosowania na rynku Polskim: Certyfikat CE i deklaracja zgodności	TAK		bez punktacji
6	Instalacja 2 aparatów mammograficznych w mammobusach LARGO	TAK		bez punktacji
7	Instalacji opisowej stacji lekarskiej w centrum opisowym LARGO	TAK		bez punktacji
II MAMMOGRAF CYFROWY – 2 szt.				
1 Generator wysokiego napięcia				
1	Generator wysokoczęstotliwościowy	TAK (podać częstotliwość)		bez punktacji
2	Zakres wysokiego napięcia do pracy w zakresie badań konwencjonalnych	Min 25-31 kV		bez punktacji
3	Dokładność regulacji co 1kV	TAK		bez punktacji
4	Automatyczna kompensacja zmian napięcia +/- 10%	TAK		bez punktacji
5	Cyfrowe wyświetlenie parametrów ekspozycji	TAK		bez punktacji
6	Nastawianie granicznej siły automatycznego zatrzymania ucisku przez obsługę	TAK/NIE		NIE – 0 pkt TAK – 10 pkt
7	Ruch uciskowy ze zmianą prędkości przed i w trakcie ucisku piersi	TAK/NIE		NIE – 0 pkt TAK – 10 pkt
2 Automatyka				
1	Automatyka AEC	TAK		bez punktacji
2	Automatyka doboru filtrów	TAK		bez punktacji
3	Automatyczna dekompresja po ekspozycji	TAK		bez punktacji

Załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia
Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy w ramach programu
wieloletniego pn.: „Narodowa Strategia Onkologiczna”
LARGO Sp. z o.o.

4	Ręczna awaryjna dekompresja w przypadku zaniku zasilania	TAK		bez punktacji
3 Statyw mammograficzny				
1	Mammograf ze statywem wyposażonym w ramię „C” (ramię otwarte)	TAK		bez punktacji
2	Głowica o izocentrycznym obrocie	TAK		bez punktacji
3	Zakres zmotoryzowanego obrotu ramienia	$\geq +180^\circ/-135^\circ$ lub $\geq -180^\circ/+135^\circ$		bez punktacji
4	Cyfrowe wyświetlanie wartości kąta obrotu	TAK		bez punktacji
5	Automatyczny, elektryczny obrót ramienia do zaprogramowanych projekcji kątowych po naciśnięciu jednego przycisku	TAK/NIE		NIE – 0 pkt TAK – 10 pkt
6	Odległość ognisko-detektor obrazu min.65cm	TAK		bez punktacji
7	Sterowanie ruchem płytki dociskowej góra/dół oraz ruchem głowicy góra/dół przy pomocy przycisków nożnych (dwa zestawy przycisków nożnych)	TAK		bez punktacji
8	Osłona twarzy pacjentki	TAK		bez punktacji
9	Komplet płytek dociskowych wszystkich formatów ekspozycji -18x23 cm. – 1 szt. na aparat -23x29 cm. – 2 szt. na aparat	TAK		bez punktacji
10	Zmotoryzowany obrót ramienia do pozycji transportowej – pozycja lampy rtg/głowica przy podstawie mammografu pozwalająca osiągnąć w pozycji transportowej wysokość mniejszą niż 110 cm wraz z blokadą na czas transportu	TAK/NIE		NIE – 0 pkt TAK – 20 pkt
11	Kratki przeciwrozproszeniowe dwóch formatów lub kratka przeciwrozproszeniowa z konstrukcją umożliwiającą rejestrację obrazu w dwóch formatach	TAK		bez punktacji
4 Detektor cyfrowy				
1	Detektor oparty na amorficznym półprzewodniku o wymiarach min. 23x29cm	TAK		bez punktacji
2	Rozmiar piksela detektora	$\leq 100 \mu\text{m}$		bez punktacji

Załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia
Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy w ramach programu
wieloletniego pn.: „Narodowa Strategia Onkologiczna”
LARGO Sp. z o.o.

3	Czas pomiędzy ekspozycjami rtg	≤ 40 s		bez punktacji
4	Zakres dynamiki detektora	≥ 14 bit		bez punktacji
5 Konsola technika – stacja akwizycyjna				
1	Monitor, komputer (dedykowany przez producenta mammografu z systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem, pamięć operacyjna min. 8 BG, pojemność dysku twardego do archiwizacji badań min. 1 TB, interfejs sieciowy), klawiatura obsługowa, mysz, przycisk do ekspozycji	TAK		bez punktacji
2	Monitor medyczny w stacji technika 3MP	TAK		bez punktacji
3	Dedykowany stół/ biurko operatora	TAK		bez punktacji
4	Regulacja wysokości stołu/biurka operatora	TAK/NIE		NIE – 0 pkt TAK – 10 pkt
5	Szyba ochronna operatora ekwiwalent 0,5mm PB	TAK		bez punktacji
6	Ilość zapamiętanych obrazów bez kompresji dla pełnego formatu detektora min. 9000	TAK		bez punktacji
7	Możliwość akceptacji lub odrzucenia obrazu	TAK		bez punktacji
8	Wyświetlenie zdjęcia pogładowego każdorazowo po wykonaniu projekcji mammograficznej	TAK		bez punktacji
9	Automatyczna dystrybucja obrazów do zdefiniowanych wcześniej miejsc	TAK		bez punktacji
10	Automatyczne wprowadzanie parametrów ekspozycji i połączenie ich z obrazem	TAK		bez punktacji
11	Czas pomiędzy zakończeniem ekspozycji a wyświetleniem obrazu na monitorze: max. 15 sek.	TAK		bez punktacji
12	Zarządzanie bazą danych informatycznych i obrazowych pacjentów z archiwizacją badań w lokalnym archiwum	TAK		bez punktacji
13	Nagrywarka umożliwiająca zapis obrazów na CD i/lub DVD w formacie DICOM (wraz z przeglądarką obrazów DICOM) oraz dostęp do danych surowych (raw data) z możliwością ich eksportu na nośnik zewnętrzny (CD/DVD i USB)	TAK		bez punktacji
14	Interfejs sieciowy z funkcjonalnością:	TAK		bez punktacji

Załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia
Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy w ramach programu
wieloletniego pn.: „Narodowa Strategia Onkologiczna”
LARGO Sp. z o.o.

	DICOM Send DICOM Storage Commitment DICOM Print DICOM Modality Worklist DICOM Store DICOM Query / Retrieve			
15	Funkcje: -powiększenie -pomiary długości -dodawanie tekstu do obrazu -nanoszenie znaczników -pomiar średniej wartości piksela i odchylenia standardowego w ROI	TAK		bez punktacji
16	Konfiguracja automatycznego przesyłania testów kontroli jakości w formacie „for processing”	TAK		bez punktacji
17	UPS do podtrzymania zasilania stacji technika celem zakończenia badania	TAK		bez punktacji
18	Możliwość ręcznego wprowadzania danych pacjenta lub pobrania z systemu RIS	TAK		bez punktacji
19	Integracja z systemem RIS/PACS zamawiającego	TAK		bez punktacji
20	Możliwość zdalnego przeprowadzania diagnostyki serwisowej i łączenia się poprzez sieć teleinformatyczną z serwisem producenta (pod kontrolą Zamawiającego)	TAK		bez punktacji
6 Lampa rentgenowska				
1	Anoda wirująca	TAK		bez punktacji
2	Pojemność cieplna anody	≥ 160 kHU		bez punktacji
3	Wielkość nominalna małego ogniska mierzone zgodnie z IEC336 metodą szczelinową: max. 0,15 mm	TAK		bez punktacji
4	Wielkość nominalna dużego ogniska mierzone zgodnie z IEC336 metodą szczelinową: max. 0,3 mm	TAK		bez punktacji
5	Filtry	TAK (opisać)		bez punktacji
6	Automatyka filtracji	TAK		bez punktacji
7	Monitorowanie wykorzystania cieplnej anody	TAK/NIE		NIE – 0 pkt TAK – 10 pkt
7 Stacja opisowa lekarska				
1	Komputer stacji lekarskiej o minimalnych parametrach:	TAK (opisać)		bez punktacji

Załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia
Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy w ramach programu
wieloletniego pn.: „Narodowa Strategia Onkologiczna”
LARGO Sp. z o.o.

	<ul style="list-style-type: none"> - procesor 10 rdzeni, 20 wątków, 2,8 GHz - min. 32 GB RAM - dyski min. 500 GB SSD oraz min. 2x2 TB HDD lub 1x3TB HDD - Złącza USB: 2x USB 3.0 - Zainstalowany system operacyjny kompatybilny z oprogramowaniem do przeglądania badań mammograficznych - karta sieciowa min. 1 Gb/s - karta graficzna do monitora diagnostycznego (tego samego producenta co dostarczonych monitorów diagnostycznych, dedykowana) - nagrywarka umożliwiająca zapis obrazów na CD i/lub DVD w formacie DICOM -duplikator płyt CD/DVD/Blu-ray umożliwiający nagranie i zadrukowanie ≥ 100 płyt w ramach pojedynczej operacji i ≥ 30 płyt CD/godz. (600 MB), sieciowy 			
2	Monitor RIS – monitor LCD $\geq 21''$, kolorowy, rozdzielczość min. 1920x1080	TAK		bez punktacji
3	Diagnostyczny monitor medyczny, szerokoformatowy dedykowany do cyfrowej mammografii z tomosyntezą z możliwością równoczesnego wyświetlania dwóch obrazów o rozdzielczości 6 MP lub jednego obrazu o rozdzielczości 12 MP na ekranie monitora. Wymagana dostawa z kartą grafiki dedykowaną przez producenta monitora oraz oprogramowania współpracującego z wbudowanym oraz zewnętrznym kalibratorem, umożliwiającego wykonywanie procedur kontroli jakości, w tym kalibracji – do zainstalowania na stacji roboczej. Wszystkie opisane powyżej elementy tego samego producenta	TAK (opisać)		bez punktacji
4	Pakiet oprogramowania do przeglądania (przeglądarka klasy	TAK (opisać)		bez punktacji

Załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia
Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy w ramach programu
wieloletniego pn.: „Narodowa Strategia Onkologiczna”
LARGO Sp. z o.o.

	<p>medycznej 2b) badań mammografii pozwalający na jednoczasową pracę trzech lekarzy na niezależnych stacjach.</p> <p>Podstawowe funkcje: ułożenie zdjęć w tzw. układzie mammograficznym, powiększanie, włączenie pełnej rozdzielczości jednym przyciskiem, wyrównywanie obrazów w pionie i poziomie, porównywanie na obu monitorach obrazu aktualnego i poprzedniego</p>			
5	<p>Funkcjonalność oprogramowania dla analizy i oceny badań tomosyntezy, prekonfigurowane layouty do porównania badań tomosyntezy bieżącego i poprzedniego, wyświetlanie scen typu cine z możliwością regulacji szybkości odtwarzania, możliwość zmiany grubości warstwy</p>	TAK		bez punktacji
6	<p>Porównywanie badań z aparatów innych dostawców</p>	TAK		bez punktacji
7	<p>Automatyczne wczytywanie badań archiwalnych z systemu PACS na bieżąco i/lub przed opisywaniem badań bieżących</p>	TAK		bez punktacji
8	<p>Integracja oprogramowania do przeglądania badań mammograficznych z RIS i PACS zamawiającego</p>	TAK		bez punktacji
9	<p>Integracja oprogramowania do przeglądania badań mammograficznych z duplikatorem płyt CD i kamerą do wydruków badań mammograficznych</p>	TAK		bez punktacji
10	<p>Kalibracja monitorów w standardzie DICOM</p>	TAK		bez punktacji
11	<p>Mysz lub touch panel dedykowany do stacji opisowej mammograficznej</p>	TAK/NIE		NIE – 0 pkt TAK – 10 pkt
12	<p>Oprogramowanie umożliwiające opis badania w systemie BIRADS z przesłaniem wyników do systemu RIS Zamawiającego</p>	TAK/NIE		NIE – 0 pkt TAK – 10 pkt
13	<p>Możliwość zdalnego przeprowadzania diagnostyki serwisowej i łączenia się</p>	TAK		bez punktacji

Załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia
Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy w ramach programu
wieloletniego pn.: „Narodowa Strategia Onkologiczna”
LARGO Sp. z o.o.

	poprzez sieć teleinformatyczną z serwisem producenta (pod kontrolą Zamawiającego) przy użyciu szyfrowanej sieci VPN zamawiającego			
8 Inne dotyczące mammografów na MAMMOBUSACH				
1	Demontaż starych aparatów używanych przez zamawiającego wraz z pisemny potwierdzeniem utylizacji	TAK		bez punktacji
2	Mammograf zintegrowany: wszystkie elementy mammografu umieszczone w i na statywie – ze względu na małą ilość miejsca instalacyjnego	TAK/NIE		NIE – 0 pkt TAK – 10 pkt
3	Zasilanie jednofazowe 230 VAC ± 10% / 50 Hz	TAK/NIE		NIE – 0 pkt TAK – 20 pkt
4	Prąd zasilania jednofazowego ≤ 16 A	TAK/NIE		NIE – 0 pkt TAK – 20 pkt
5	Zakres temperatur pracy systemu ≤+10°C ÷ ≥ +35°C	TAK/NIE		NIE – 0 pkt TAK – 20 pkt
6	Zakres temperatur transportu systemu ≤-20°C ÷ ≥ +70°C	TAK/NIE		NIE – 0 pkt TAK – 20 pkt
7	System mocowania i zabezpieczenia w trakcie transportu w mammobusach tzw. mobile kit	TAK		bez punktacji
8	Wytyczne producenta dotyczące warunków pracy i transportu w mammobusach	TAK		bez punktacji
9	Zasilanie alternatywne mammografu tzn. generator prądu i/lub UPS i/lub skrzynka antyprzebieciowa	TAK/NIE (opisać rozwiązania)		NIE – 0 pkt TAK – 10 pkt
III INNE dotyczące całego zamówienia				
1	Instrukcje obsługi i dokumentacja serwisowa w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej (dostarczyć wraz z aparatem)	TAK		bez punktacji
2	Dokumenty, świadectwa dopuszczające aparat do stosowania na terenie Polski np. certyfikat CE lub deklaracja zgodności	TAK		bez punktacji
3	Zestaw przyrządów i fantomów do podstawowej kontroli jakości cyfrowego aparatu mammograficznego - 2 szt., stacji opisowej – 1 szt. zgodnie z obowiązującym prawem.	TAK (opisać)		bez punktacji

Załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia
Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy w ramach programu
wieloletniego pn.: „Narodowa Strategia Onkologiczna”
LARGO Sp. z o.o.

	Oprogramowanie do kontroli jakości online.			
4	Szkolenie techników oraz lekarzy min. 2 dni dla każdego z mammografów	TAK (opisać)		bez punktacji
5	Testy akceptacyjne, pomiary dozymetryczne osłon stałych i testy specjalistyczne zgodnie z Polskim ustawodawstwem i z Zarządzeniem Prezesa NFZ określającym wymagania QA w Polskim skryningu mammograficznym – po zainstalowaniu sprzętu	TAK		bez punktacji
6	Aktualnie pracujące aparaty mammograficzne producenta w Polsce w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi na mammobusach – minimum 2 szt.	TAK (opisać)		Bez punktacji
IV Warunki gwarancji				
1	Pełna gwarancja aparatu, gwarantowana przez producenta (wraz z lampą i detektorem) wykonywana przez autoryzowany serwis producenta bez wyłączeń i bez limitu badań na dostarczony sprzęt, liczona od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego	TAK		bez punktacji
2	Okres gwarancji min. 60 miesięcy	TAK		bez punktacji
3	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski	TAK		bez punktacji
4	Możliwość serwisowania przez autoryzowany serwis na terenie całej Unii Europejskiej	TAK		bez punktacji
5	Każda naprawa sprzętu powoduje przedłużenie okresu gwarancyjnego o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji	TAK		bez punktacji
6	Przeglądy gwarancyjne i pełna obsługa serwisowa w okresie gwarancji, ostatni przegląd na zakończenie gwarancji	TAK		bez punktacji
7	Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych rozumiane jako kontakt telefoniczny i rozpoczęcie interwencji zdalnej (telefonicznej, za pomocą łącza internetowego) ≤ 1 godzin od momentu zgłoszenia awarii	TAK		bez punktacji

Załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia
Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy w ramach programu
wieloletniego pn.: „Narodowa Strategia Onkologiczna”
LARGO Sp. z o.o.

8	Podjęcie czynności serwisowych rozumiane jako przyjazd serwisu w celu rozpoczęcia naprawy serwisowej ≤ 24 godziny z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy	TAK		bez punktacji
9	Czas na usunięcie awarii (rozumiane jako – od momentu zgłoszenia awarii- przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) wyniesie ≤ 48 godzin, w przypadku, gdy usterka nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy	TAK		bez punktacji
10	Czas na usunięcie awarii (rozumiane jako – od momentu zgłoszenia awarii- przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) wyniesie ≤ 72 godziny, w przypadku, gdy usterka wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy	TAK		bez punktacji
11	Wykonywanie napraw w miejscu instalacji aparatu. W przypadku napraw, których dokonanie nie będzie możliwe w miejscu instalacji, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko zapewnić transport i dokonywać napraw w autoryzowanym przez producenta serwisie.	TAK		bez punktacji
12	Zamawiającemu przysługuje prawo na podstawie gwarancji producenta do napraw w autoryzowanym serwisie lub przez osoby posiadające uprawnienia wymagane przez producenta urządzeń z pominięciem Wykonawcy, co nie będzie miało wpływu na obowiązywanie gwarancji. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z urządzeniem listę autoryzowanych serwisów uprawnionych do dokonywania napraw.	TAK		bez punktacji
13	Zakres godzinowy pracy serwisu - min. 8:00-17:00	TAK		bez punktacji
14	Maksymalna liczba napraw powodująca wymianę naprawianego podzespołu na nowy – 3	TAK		bez punktacji

Załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia
Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy w ramach programu
wieloletniego pn.: „Narodowa Strategia Onkologiczna”
LARGO Sp. z o.o.

15	Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i wyposażenia min. 10 lat od daty dostawy	TAK		bez punktacji
16	Wykonywanie przeglądów technicznych/serwisowych aparatów wg. zaleceń producenta w okresie trwania gwarancji min. 1 przegląd/rok	TAK		bez punktacji
17	Aktualny koszt sprzedaży lampy RTG (podać cenę brutto w euro)	podać		najmniejsza wartość 10 pkt., pozostałe 0 pkt.
18	Aktualny koszt sprzedaży detektora (podać cenę brutto w euro)	podać		najmniejsza wartość 10 pkt., pozostałe 0 pkt.
19	Aktualny koszt kontraktu serwisowego (pełna opcja to jest z gwarancją na np. detektor, lampę) po zakończeniu gwarancji (podać cenę brutto w euro)	podać		najmniejsza wartość 10 pkt., pozostałe 0 pkt.
20	Zapewnienie bezpłatnych modyfikacji i aktualizacji oprogramowania aparatów mammograficznych przez okres gwarancji	TAK		bez punktacji
21	Instrukcja obsługi w języku polskim na nośniku elektronicznym i w wersji papierowej do wszystkich oferowanych urządzeń i części systemu.	TAK		bez punktacji
22	Dostawa, instalacja i uruchomienie mammografów cyfrowych	TAK		bez punktacji
23	Paszport techniczny, karta gwarancyjna oraz wykaz podmiotów upoważnionych przez producenta do napraw w ramach gwarancji	TAK		bez punktacji

Niniejsza Oferta została sporządzona w [...] w dniu [...].

Oferent